

Trionic® Darreichungsform und Anwendungsrichtlinien

siehe auch Sicherheitsdatenblatt

Nur zur äußeren Anwendung: nach den Bestimmungen der EG Richtlinie 88/379/EWG über gefährliche Zubereitung nicht als gefährlich eingestuft.



R36: reizt die Augen

R38: reizt die Haut

S26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren

Trionic Konzentrat ist eine konzentrierte Lösung, die mit Wasser verdünnt anzuwenden ist.

Das Verdünnungsverhältnis ist 20ml Trionic Konzentrat pro 980ml Wasser.

Zur Reinigung:

Mit nassem Tuch die zu reinigende Fläche wischen, bis die gesamte Verschmutzung entfernt ist.

Zur Desinfektion:

Mit nassem Tuch Boden aufwischen und für die Dauer der vorgeschriebenen Kontaktzeit* nicht benutzen.

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung:

120 Tage

Trionic Schaumspray

Fertiglösung wird als Schaum aufgesprüht

Zur Reinigung:

Die zu reinigende Fläche besprühen (es entstehen keine giftigen Aerosole) und mit Einwegtuch wischen, bis die gesamte Verschmutzung entfernt ist.

Zur Desinfektion:

Auf die zu desinfizierende Fläche aufsprühen, mit Einwegtuch wischen und für die Dauer der vorgeschriebenen Kontaktzeit* nicht benutzen.

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung:

60 Tage

Trionic Feuchttücher

200 gebrauchsfertige Tücher in einem folienversiegeltem Plastikbehälter. Deckel entfernen und die versiegelte Folie abziehen, das erste Tuch durch die Deckelöffnung führen und wieder verschließen. Tücher ca. im 45° Winkel aus der Dose ziehen. Die Tücher unmittelbar nach der Benutzung entsorgen und den Dosendeckel geschlossen halten, und ein Austrocknen zu verhindern.

Zur Reinigung:

Wischen bis der sichtbare Schmutz entfernt ist.

Zur Desinfektion:

Oberfläche abwischen und für die Dauer der vorgeschriebenen Kontaktzeit* nicht benutzen.

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung:

60 Tage



*Kontaktzeitabelle:

APPENDIX 1 - TRIONIC RANGE EFFICACY TESTS				
Product	Test	Organism	Contact Time	Test House
Trionic*	EN1040 Bactericidal Efficacy Test	Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.
		Staphylococcus aureus	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.
	EN1276 Bactericidal Efficacy Test	Pseudomonas aeruginosa	1 minute	H.I.R.L. U.K.
		Staphylococcus aureus	1 minute	H.I.R.L. U.K.
		Escherichia coli	1 minute	H.I.R.L. U.K.
		Enterococcus hirae	1 minute	H.I.R.L. U.K.
		M.R.S.A.	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		G.R.S.A.	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Salmonella choleraesuis	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Listeria monocytogenes	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Acinetobacter spp	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Mycobacterium terrae	5 minutes	Bluscientific U.K.
		Staphylococcus aureus	1 minute	MGS Laboratories U.K.
	EN1276 Bactericidal Efficacy Test (1%)	Escherichia coli	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Enterococcus hirae	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Salmonella choleraesuis	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Listeria monocytogenes	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Staphylococcus aureus	5 minutes	MGS Laboratories U.K.
	EN1276 Bactericidal Efficacy Test at 10 degrees C (for food industry)	Proteus vulgaris	5 minutes	MGS Laboratories U.K.
		Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	MGS Laboratories U.K.
		Enterococcus hirae	5 minutes	MGS Laboratories U.K.
	EN1656 Bactericidal Efficacy Test for Veterinary Sector	Candida albicans	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.
		Aspergillus niger	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.
		Tricophyton mentagrophytes	10 minutes	MGS Laboratories U.K.
		Staphylococcus aureus	5 minutes	Prof. Werner, Hygcn
		Enterococcus hirae	5 minutes	Dr Schrader, Weimar
	EN1275 Fungicidal Efficacy Test	Escherichia coli	5 minutes	
		Proteus mirabilis	5 minutes	
		Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	
		Candida albicans	5 minutes	
		-	Pass	C.C.F.R.A.
		Standard Methods of the DGHM for testing chemical disinfectants 6% dilution	-	
	Trionic Spray*	Triangle Taint Test (Unfragranced Product)	-	Pass
-			Pass	C.C.F.R.A.
Gravimetric Evaluation of Anti-Biofilm Test Agents		Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	Microbiotest U.S.
		Avian Influenza Virus	5 minutes	Microbiotest U.S.
EPA Virucidal Efficacy Test		Human Corona Virus	5 minutes	Microbiotest U.S.
		H.I.V.	5 minutes	Microbiotest U.S.
		Herpes simplex	5 minutes	Microbiotest U.S.
		Hepatitis B	5 minutes	Microbiotest U.S.
		Adenovirus 5	10 minutes	Microbiotest U.S.
		Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	Microbiotest U.S.
		Staphylococcus aureus	5 minutes	Microbiotest U.S.
AOAC Use Dilution Healthcare Test		Salmonella choleraesuis	5 minutes	Microbiotest U.S.
		G.R.S.A.	5 minutes	Microbiotest U.S.
		Tricophyton mentagrophytes	5 minutes	Microbiotest U.S.
AOAC Use Dilution Healthcare Test Supplemental		Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.
	Staphylococcus aureus	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.	
AOAC Fungicidal Effectiveness Test	Salmonella choleraesuis	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.	
	G.R.S.A.	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.	
EN1040 Bactericidal Efficacy Test	Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.	
	Staphylococcus aureus	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.	
EN1276 Bactericidal Efficacy Test	Pseudomonas aeruginosa	1 minute	H.I.R.L. U.K.	
	Staphylococcus aureus	1 minute	H.I.R.L. U.K.	
	Escherichia coli	1 minute	H.I.R.L. U.K.	
	Enterococcus hirae	1 minute	H.I.R.L. U.K.	
	M.R.S.A.	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	G.R.S.A.	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	Salmonella choleraesuis	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	Listeria monocytogenes	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	Acinetobacter spp	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	Staphylococcus aureus	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	Escherichia coli	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
EN1276 Bactericidal Efficacy Test at 10 degrees C (for food industry)	Enterococcus hirae	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	Salmonella choleraesuis	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	Listeria monocytogenes	1 minute	MGS Laboratories U.K.	
	Mycobacterium terrae	5 minutes	Bluscientific U.K.	
	Staphylococcus aureus	5 minutes	MGS Laboratories U.K.	
EN1276 Bactericidal Efficacy Test (1%)	Proteus vulgaris	5 minutes	MGS Laboratories U.K.	
	Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	MGS Laboratories U.K.	
	Enterococcus hirae	5 minutes	MGS Laboratories U.K.	
EN1656 Bactericidal Efficacy Test for Veterinary Sector	Candida albicans	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.	
	Aspergillus niger	5 minutes	Wickham Laboratories U.K.	
	Tricophyton mentagrophytes	10 minutes	MGS Laboratories U.K.	
	Staphylococcus aureus	5 minutes	Prof. Werner, Hygcn	
	Enterococcus hirae	5 minutes	Dr Schrader, Weimar	
EN1275 Fungicidal Efficacy Test	Escherichia coli	5 minutes		
	Proteus mirabilis	5 minutes		
	Pseudomonas aeruginosa	5 minutes		
	Candida albicans	5 minutes		
	-	Pass	C.C.F.R.A.	
	Standard Methods of the DGHM for testing chemical disinfectants 6% dilution	-		
Triangle Taint Test (Unfragranced Product)	-	Pass	C.C.F.R.A.	
	-	Pass	C.C.F.R.A.	
Gravimetric Evaluation of Anti-Biofilm Test Agents	Pseudomonas aeruginosa	5 minutes	Microbiotest U.S.	
	Avian Influenza Virus	5 minutes	Microbiotest U.S.	
EPA Virucidal Efficacy Test	Human Corona Virus	5 minutes	Microbiotest U.S.	
	H.I.V.	5 minutes	Microbiotest U.S.	
	Herpes simplex	5 minutes	Microbiotest U.S.	
	Hepatitis B	5 minutes	Microbiotest U.S.	
	Pseudomonas aeruginosa	1 minute	Microbiotest U.S.	
	Staphylococcus aureus	1 minute	Microbiotest U.S.	
	Salmonella choleraesuis	1 minute	Microbiotest U.S.	
AOAC Germicidal Spray Test	-			

APPENDIX 1 - TRIONIC RANGE EFFICACY TESTS				
Product	Test	Organism	Contact Time	Test House
Trionic Wipes	Bactericidal Efficacy of Trionic Wipes	E. Coli	1 minute	Q Laboratories U.K.
		Staphylococcus aureus	1 minute	Q Laboratories U.K.
		Bacillus subtilis	1 minute	Q Laboratories U.K.
		Enterococcus hirae	1 minute	Q Laboratories U.K.
		Candida albicans	1 minute	Q Laboratories U.K.
		MRSA	1 minute	Q Laboratories U.K.
		Pseudomonas aeruginosa	1 minute	Q Laboratories U.K.
		Streptococcus Pyogenes	1 minute	Q Laboratories U.K.
		Proteus mirabilis	1 minute	Q Laboratories U.K.
		EN1276 Bactericidal Efficacy Test	MRSA	1 minute
		Staphylococcus aureus	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Pseudomonas aeruginosa	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Escherichia coli	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Enterococcus hirae	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Proteus mirabilis	1 minute	MGS Laboratories U.K.
		Streptococcus Pyogenes	1 minute	MGS Laboratories U.K.
	EN1276 Bactericida Efficacy Test	Mycobacterium terrae	5 minutes	Bluscientific U.K.
	EN1650 Fungicidal Efficacy Test	Candida albicans	1 minute	MGS Laboratories U.K.
	AOAC Modified Germicidal Spray Test	Pseudomonas aeruginosa	1 minute	Microbiotest U.S.
		Staphylococcus aureus	1 minute	Microbiotest U.S.
	Salmonella choleraesuis	1 minute	Microbiotest U.S.	
Impregnated Towelette Test Bactericidal Effectiveness	G.R.S.A.	1 minute	Microbiotest U.S.	
Impregnated Towelette Test Virucidal Effectiveness	Herpes simplex type 1	5 minutes	Microbiotest U.S.	
	H.I.V.	5 minutes	Microbiotest U.S.	
	Adenovirus 5	10 minutes	Microbiotest U.S.	

*Dilution ratio is 2% unless otherwise stated.

